ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО
• Производство воздуховодов и систем вентиляции
• Клапаны противопожарные
• Клапаны дымоудаления
• Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные
220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
Тел./факс:+375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27
Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: olegaero@yandex.by
www.maxaero.by

SABIEL TG150



СОДЕРЖАНИЕ

Назначение…….....2

Комплектность..…….....3

Схема аппарата..……....3

Технические характеристики..…….....3

Безопасность при эксплуатации……...…….....4

Обслуживание термогигрометра……..…….....4

Гарантийное обслуживание..…….……...4

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение механического термогигрометра SABIEL TG150. Мы искренне надеемся, что данный прибор поможет измерить параметры воздуха в нужном месте.

НАЗНАЧЕНИЕ

Механический термогигрометр - прибор позволяющий измерять температуру и относительную влажность в широких диапазонах и с высокой точностью.

Термогигрометр имеет чувствительный элемент - биметаллическую пружину, которая меняет свою длину, в зависимости от температуры и влажности. Позволяет измерять влажность и температуру в широких диапазонах и с высокой точностью. Идеально подходит для жилых помещений.


Подходит для применения в офиса, лабораториях, производственных помещениях.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Аксессуары	Количество (шт.)
1	Механический термогигрометр	1
2	Инструкция по эксплуатации	1

СХЕМА ПРИБОРА





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение/Ед. изм.
Размеры (Диаметр x Толщина)150x20 мм	150 x 20 мм
Диапазон температуры	10 - 120 °C
Диапазон влажности	0 - 100 %
Точность значения темературы ± 0,5°C	± 0,5 °C
Точность значения влажности	± 1,0%
Материал корпуса	металлический
Вес нетто	0,3 кг.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выполнение всех требований по работе с прибором, гарантирует Вам безопасность и дальнейшую исправность гигрометра.
2. Для того чтобы избежать повреждения прибора, не превышайте максимальные и минимальные пределы значений, указанных в таблице технической спецификации и соблюдайте условия эксплуатации прибора.
3. Не используйте прибор при наличии в помещении паров кислот, растворов щелочей, пыли и загрязнений.
4. Не храните и не используйте измеритель в условиях высокой температуры и под воздействием прямых солнечных лучей.
5. Не опускать прибор в воду или иные жидкости во избежание поломки и неточных показаний.
6. Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей.
7. Не используйте агрессивные очистители (растворители) для чистки корпуса аппарата. Чистка корпуса охладителя должна выполняться при помощи мягких моющих средств и салфетки.
8. Не следует трясти, стучать по прибору во избежание поломки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА

Для очистки смотрового стекла, используйте мягкую, чуть влажную салфетку. Использование любых растворителей, в том числе спиртосодержащих, не разрешается.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок гарантии на механический термогигрометр – 1 (один) год.

Гарантия не распространяется при:

1. Нарушение правил эксплуатации и обслуживания термогигрометра. Нарушение целостности конструкции прибора.
2. Самостоятельный ремонт.
3. Механические/температурные/химические повреждения корпуса термогигрометра.